Til høringsinstansene

Deres ref.	Vår ref.	Dato
	2019004/1.1.3/AW/tb	28.02.2019

Høring - forslag til revisjon av kriterier for svanemerking av engangsposer, -slanger og -tilbehør til medisinsk bruk

Forslag til nytt, revidert kriteriedokument for svanemerking av engangsposer, -slanger og -tilbehør til medisinsk bruk er nå publisert på Miljømerkings nettsider www.svanemerket.no. Der finner dere også bakgrunnsdokument og svarskjema.

Forslagene til miljøkrav er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Eline Olsborg Hansen ved Miljømerking Norge. Ta kontakt med det norske sekretariatet dersom dere ønsker å få tilsendt papirkopi av dokumentene og/eller oversikt over høringsinstansene.

De viktigste endringene som foreslås i denne revisjonen er:

- Det er nå mulig å svanemerke blodposer
- Det er et nytt krav som forbyr bruk av naturlateks
- Det er et nytt krav for restinnhold av D4, D5 og D6 i silikon
- Det er forbud mot bruk av alle ftalater

Dessuten er kravene til kjemikalier justert slik at definisjonen av inngående stoffer og forurensninger tilsvarer definisjonen som benyttes i Nordisk Miljømerkings øvrige kriteriedokumenter.

Vi vil gjerne ha kommentarer til de nye miljøkravene. Vi ber dere sende kommentarene til oss innen 30. april 2019 via svarskjema på nettsidene våre, per post eller epost til post@svanemerket.no. For eventuelle spørsmål kontakt Tove Bræin (tb@svanemerket.no eller tlf. 958 30 441).

En oversikt over høringsuttalelsene som kommer inn, vil være offentlig tilgjengelig hos Miljømerking.

Med vennlig hilsen
Stiftelsen Miljømerking i Norge

Anita Winsnes
Administrerende direktør